Brava® Coloplast

Płytka ochronna

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Instrukcja użycia
23326599 Version 2
Logo Coloplast jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Coloplast A/S.
Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2021-03-08

Przeznaczenie
Zapewnia ochronę nieuszkodzonej skóry przed treścią ze stomii oraz ochronę skóry w sytuacji, gdy treść jelitowa może spowodować jej podrażnienie.

Ostrzeżenia
Ponowne użycie produktu jednorazowego użytku może stanowić potencjalne zagrożenie dla użytkownika.

Przetwarzanie, mycie, dezynfekcja i/lub sterylizacja mogą powodować obniżenie jakości produktu, co z kolei stwarza dodatkowe ryzyko fizycznej szkody lub zakażenia u pacjenta.

Informacje
Płytka jest wysoce przylepna, aby zapewnić największy poziom bezpieczeństwa. Ważne jest, aby przed nałożeniem płytki usunąć ze skóry owłosienie.

Użycie kremu może zmiejszyć siłę przylegania i obniżać bezpieczeństwo. Jednakże w szczególnych przypadkach, gdy płytka ochronna zbyt mocno przylega, można użyć cienką warstwę kremu.

Firma Coloplast nie ponosi odpowiedzialności za urazy ani szkody, jakie mogą powstać ze stosowania niniejszego produktu w sposób niezgodny z aktualnymi zaleceniami firmy Coloplast.

Sposób użycia

Zdejmij papier ochronny z nieprzylepnej strony płytki (zegnij płytkę na nacięciu i zdejmij papier ochronny).

Wyznacz długopisem żądaną wielkość otworu.



Za pomocą nożyczek wytnij otwór o pożądanej wielkości zgodnie z oznaczeniem.



Oczyść i osusz skórę wokół stomii. Zdejmij papier ochronny z przylepnej strony płytki.



Umieść płytkę na skórze przylepną stroną i mocno dociśnij palcami. Elastyczność płytki pozwala na poszerzenie otworu już po umieszczeniu płytki na miejscu, np. wokół stomii. Materiał natychmiast dopasuje się szczelnie do stomii.

Usuwanie
Płytkę ochronną należy usuwać powoli i ostrożnie.

Utylizacja
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku i należy go utylizować zgodnie z lokalnymi wytycznymi, np. razem z typowymi odpadami komunalnymi.

Nie należy spłukiwać produktu w toalecie.

Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych
Jeżeli w trakcie użytkowania tego produktu lub w wyniku jego użytkowania doszło do poważnego zdarzenia niepożądanego, należy zgłosić to producentowi i właściwemu organowi krajowemu.

Objaśnienie symboli

MD	Urządzenie medyczne
CE	Oznaczenie wskazujące, że produkt jest zgodny z przepisami europejskimi dotyczącymi wyrobów medycznych.
REF	Numer katalogowy
	Termin ważności (RRRR-MM-DD)
LOT	Numer serii
	Data produkcji (RRRR-MM-DD)
	Producent
	Przeczytaj instrukcję użycia
	Do jednorazowego użytku
UDI	Wskazuje, że kod kreskowy zawiera niepowtarzalny numer identyfikacyjny urządzenia
GTIN	(Global Trade Item Number) Globalny numer handlowy artykułu
	Przechowywać z dala od światła słonecznego
	Opakowanie nadające się do recyklingu
MR	Produkt może przebywać w pobliżu rezonansu magnetycznego