SenSura®
SenSura® Convex

1-częściowy worek stomijny, otwarty

Opieka stomijna

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Instrukcja użycia
23326335 Version 1
Logo Coloplast jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Coloplast A/S.
Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2021-02-22
Velcro® jest własnością firmy Velcro Industries B.V

Przeznaczenie
Worek stomijny jest przeznaczony do zbierania treści ze stomii. Samoprzylepna płytka jest mocowana do worka stomijnego i ma przylegać do zdrowej skóry wokół stomii.

Wskazania
Ten wyrób jest przeznaczony dla osób ze stomią.

Ostrzeżenia
Ponowne użycie produktu jednorazowego nie jest zalecane ze względu na ryzyko wystąpienia zanieczyszczenia krzyżowego.

Regeneracja, mycie, dezynfekcja i/lub (ponowna) sterylizacja mogą powodować obniżenie parametrów produktu, co z kolei stwarza dodatkowe ryzyko fizycznego urazu lub zakażenia u użytkownika.

Środki ostrożności
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu typu convex należy się skonsultować z pracownikiem służby zdrowia.

Informacje
Jednorazowy worek stomijny.

Do czasu wyjęcia produktów w celu ich użycia należy je przechowywać w opakowaniu, które pełni funkcję ochronną, a etykieta znajdująca się na opakowaniu zawiera ważne informacje, takie jak numer serii, datę ważności i unikalny kod kreskowy.

Produktu nie trzeba usuwać przed badaniem metodą rezonansu magnetycznego, ponieważ nie zakłóca on pracy urządzenia.

Firma Coloplast nie ponosi odpowiedzialności za urazy ani szkody, jakie mogą powstać ze stosowania niniejszego produktu w sposób niezgodny z aktualnymi zaleceniami firmy Coloplast.

Specjalne warunki przechowywania
Produkt należy przechowywać w pozycji poziomej.

Przechowywać z dala od światła słonecznego.

Sposób użycia

Przygotowanie



Za pomocą małych, zakrzywionych nożyczek i miarki na przylepcu, wytnij otwór w przylepcu, który będzie dokładnie dopasowany do wielkości i kształtu stomii. Do zmierzenia wielkości i kształtu stomii można użyć załączonej podziałki.
Dokładne dopasowanie otworu do stomii jest ważne, gdyż zmniejsza ryzyko wycieku i problemów ze skórą.

Umieść worek na płaskiej powierzchni, stroną z przylepcem zwróconą do dołu.
Zamknij ujście, zwijając jego dolną część trzykrotnie do góry, tak aby rzep Velcro® stał się widoczny.



Złóż dwa skrzydełka do środka aby zamocować rzepy Velcro®.

Ujście można schować, używając znajdującego się bezpośrednio nad nim punktowego rzepu Velcro® lub przy użyciu podłużnego rzepu Velcro® pośrodku worka.

(Nie dotyczy worków przezroczystych, pośrodku których nie ma rzepu Velcro®).

Dokładnie umyj stomię i skórę wokół niej. Przed nałożeniem przylepca skóra musi być całkowicie sucha.

Stosowanie

Zdejmij folię ochronną z płytki.

Wygładź przylepiec w okolicy stomii i dociśnij do skóry. Płytka stomijna powinna ściśle przylegać do stomii. Ważne jest zapewnienie ścisłego uszczelnienia, co pomoże zapobiegać podciekaniu treści jelitowej pod płytkę. Dociśnij płytkę zaczynając od obszaru przy stomii, aby zapewnić mocne przyleganie. Upewnij się, że płytka szczelnie przylega. Wygładź płytkę palcami przesuwając nacisk od stomii w kierunku zewnętrznych krawędzi celem zapewnienia idealnego dopasowania płytki ze skórą.

Dociśnij worek, aby zapewnić mocne przyleganie i idealne dopasowanie przylepca do skóry wokół stomii.

Opróżnianie worka



W razie potrzeby otworzyć ujście i opróżnić worek do toalety.

Oczyścić ujście, na przykład przy użyciu papieru toaletowego. Po opróżnieniu worka zwinąć i zabezpieczyć z powrotem ujście.

Usuwanie

Ostrożnie usuń worek ze skóry pociągając za uszko do usuwania na przylepcu i powoli zroluj przylepiec w dół. Lekko dociśnij skórę wolną dłonią, aby ułatwić zdejmowanie.

Utylizacja
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku i należy go utylizować zgodnie z lokalnymi wytycznymi, np. razem z typowymi odpadami komunalnymi.

Nie należy spłukiwać produktu w toalecie.

Naklejka filtru

W razie potrzeby, aby zapobiec wydobywaniu się gazu, umieścić na filtrze jedną z załączonych naklejek filtra.

Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych

Jeżeli w trakcie użytkowania tego produktu lub w wyniku jego użytkowania doszło do poważnego zdarzenia niepożądanego, należy zgłosić to producentowi i właściwemu organowi krajowemu.

Objaśnienie symboli

MD	Urządzenie medyczne
CE	Oznaczenie wskazujące, że produkt jest zgodny z przepisami europejskimi dotyczącymi wyrobów medycznych.
REF	Numer katalogowy
	Termin ważności (RRRR-MM-DD)
LOT	Numer serii
	Data produkcji (RRRR-MM-DD)
	Producent
	Przeczytaj instrukcję użycia
	Do jednorazowego użytku
UDI	Wskazuje, że kod kreskowy zawiera niepowtarzalny numer identyfikacyjny urządzenia
GTIN	(Global Trade Item Number) Globalny numer handlowy artykułu
	Przechowywać z dala od światła słonecznego
	Tą stroną do góry
	Opakowanie nadające się do recyklingu
MR	Produkt może przebywać w pobliżu rezonansu magnetycznego