SenSura®Mio
SenSura®Mio Convex

Dwuczęściowy worek stomijny typu Click, zamknięty

Płytka stomijna

Opieka stomijna

Coloplast

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Instrukcja użycia
23331360 Version 1
Logo Coloplast jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Coloplast A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2024-04-15

Przeznaczenie
Worek stomijny jest przeznaczony do zbierania treści ze stomii. Samoprzylepna płytka jest mocowana do worka stomijnego i ma przylegać do zdrowej skóry wokół stomii.

Wskazania
Ten wyrób medyczny jest przeznaczony dla osób ze stomią.

Ostrzeżenia
Ponowne użycie produktu jednorazowego nie jest zalecane ze względu na ryzyko wystąpienia zanieczyszczenia krzyżowego.

Regeneracja, mycie, dezynfekcja i/lub (ponowna) sterylizacja mogą powodować obniżenie parametrów produktu, co z kolei stwarza dodatkowe ryzyko fizycznego urazu lub zakażenia u użytkownika.

Środki ostrożności
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu typu convex należy się skonsultować z pracownikiem ochrony zdrowia.

Informacje
Jednorazowy worek stomijny.

Do czasu wyjęcia produktów w celu ich użycia należy je przechowywać w opakowaniu, które pełni funkcję ochronną, a etykieta znajdująca się na opakowaniu zawiera ważne informacje, takie jak numer serii, datę ważności i unikalny kod kreskowy.

Produktu nie trzeba usuwać przed badaniem metodą rezonansu magnetycznego, ponieważ nie zakłóca on pracy urządzenia.

Firma Coloplast nie ponosi odpowiedzialności za urazy ani szkody, jakie mogą powstać podczas stosowania niniejszego produktu w sposób niezgodny z aktualnymi zaleceniami firmy Coloplast.

Specjalne warunki przechowywania
Płytkę stomijną należy przechowywać w pozycji poziomej.

Przechowywać z dala od światła słonecznego.

Sposób użycia

Przygotowanie



Za pomocą małych, zakrzywionych nożyczek i miarki na przylepcu, wyciąć otwór w płytce stomijnej, który będzie dokładnie dopasowany do wielkości i kształtu stomii. Do zmierzenia wielkości i kształtu stomii można użyć dołączonej miarki stomijnej.
Dokładne dopasowanie otworu do stomii jest ważne, gdyż zmniejsza ryzyko podciekania i problemów ze skórą.

Dokładnie umyć stomię i skórę wokół stomii. Skóra musi być całkowicie sucha przed założeniem płytki stomijnej.

Stosowanie

Usunąć folię ochronną z przylepca płytki.

Wygładzić płytkę stomijną wokół stomii i docisnąć ją, aby zapewnić mocne przyleganie i idealne dopasowanie płytki do skóry wokół stomii.
Przylepiec powinien ściśle przylegać do stomii. Ważne jest zapewnienie dokładnego uszczelnienia, co pomoże zapobiegać podciekaniu treści stomijnej pod przylepiec. Docisnąć przylepiec zaczynając od obszaru przy stomii, aby zapewnić mocne przyleganie. Upewnić się, że przylepiec szczelnie przylega. Wygładzić przylepiec palcami przesuwając nacisk od stomii w kierunku zewnętrznych krawędzi celem zapewnienia idealnego dopasowania przylepca ze skórą.



Upewnić się, że płytka jest sucha i czysta (do mycia płytki używać tylko wody).
Upewnić się, że pierścień blokujący jest otwarty.
Dopasować pierścień worka do kryzy płytki stomijnej.

Delikatnie naciskać na worek palcami do momentu aż będzie wyczuwalne prawidłowe ułożenie worka na płytce stomijnej.

Zamknąć pierścień blokujący, dociskając do siebie elementy zameczka. Dźwięk kliknięcia oznacza, że worek jest bezpiecznie połączony z płytką stomijną.

Zdejmowanie

Worek należy usunąć poprzez otwarcie pierścienia blokującego, naciskając opuszkiem palca małą kropkowaną wypustkę skierowaną w stronę brzucha.



Chwycić uszko do usuwania i zdjąć worek, delikatnie odciągając go od płytki.

Ostrożnie zdjąć płytkę, pociągając za uszko do usuwania znajdujące się na płytce i powoli odklejając płytkę w dół.
Lekko docisnąć skórę wolną dłonią, aby ułatwić zdejmowanie.

Utylizacja
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku i należy go utylizować zgodnie z lokalnymi wytycznymi, np. razem z typowymi odpadami komunalnymi.

Nie należy spłukiwać produktu w toalecie.

Naklejka filtru

W razie potrzeby, aby zapobiec wydobywaniu się gazu, umieścić na filtrze jedną z załączonych naklejek filtra.

Pasek mocujący



Pociągając za paski dopasuj pasek mocujący do obwodu talii. Nie ma potrzeby usuwania materiału pokrywającego sprzączkę.
Zamocuj każdy z czterech zaczepów paska mocującego do jednego z czterech uszek po obu stronach przylepca stomijnego. Zacznij od przodu i delikatnie dociśnij do brzucha. Następnie odciągnij zaczepy paska od łączenia, aż wskoczą na miejsce, wydając dźwięk kliknięcia.
(Dotyczy tylko produktów z uszkami do paska).

Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych

Jeżeli w trakcie użytkowania tego produktu lub w wyniku jego użytkowania doszło do poważnego zdarzenia niepożądanego, należy zgłosić to producentowi i właściwemu organowi krajowemu.

Objaśnienie symboli

MD	Urządzenie medyczne
CE	Oznaczenie wskazujące, że produkt jest zgodny z przepisami europejskimi dotyczącymi wyrobów medycznych.
REF	Numer katalogowy
	Termin ważności (RRRR-MM-DD)
LOT	Numer serii
	Data produkcji (RRRR-MM-DD)
	Producent
	Przeczytaj instrukcję użycia
	Do jednorazowego użytku
UDI	Wskazuje kod z niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym urządzenia
GTIN	(Global Trade Item Number) Globalny numer handlowy artykułu
	Przechowywać z dala od światła słonecznego
	Tą stroną do góry
	Opakowanie nadające się do recyklingu
MR	Produkt może przebywać w pobliżu rezonansu magnetycznego