Przeznaczenie
Worek stomijny jest przeznaczony do zbierania treści ze stomii. Samoprzylepna płytka jest zamocowana do worka stomijnego i ma przylegać do zdrowej skóry wokół stomii.

Wskazania
To urządzenie jest przeznaczone dla osób ze stomią.

Ostrzeżenia
Ponowne użycie produktu jednorazowego użytku może stanowić potencjalne zagrożenie dla użytkownika.

Przetwarzanie, mycie, dezynfekcja i/lub sterylizacja mogą powodować obniżenie jakości produktu, co z kolei stwarza dodatkowe ryzyko fizycznej szkody lub zakażenia u pacjenta.

Informacje
Jednorazowy worek stomijny.

Do czasu wyjęcia produktów w celu ich użycia należy je przechowywać w opakowaniu, które pełni funkcję ochronną, a etykieta znajdująca się na opakowaniu zawiera ważne informacje, takie jak numer serii, datę ważności i unikalny kod kreskowy.

Produktu nie trzeba usuwać przed badaniem metodą rezonansu magnetycznego, ponieważ można go bezpiecznie używać w środowisku rezonansu magnetycznego.

Firma Coloplast nie ponosi odpowiedzialności za urazy ani szkody, jakie mogą powstać ze stosowania niniejszego produktu w sposób niezgodny z aktualnymi zaleceniami firmy Coloplast.

Specjalne warunki przechowywania
Produkt należy przechowywać w pozycji poziomej.

Przechowywać z dala od światła słonecznego.

Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych
Jeżeli w trakcie użytkowania tego produktu lub w wyniku jego użytkowania doszło do poważnego zdarzenia niepożądanego, należy zgłosić to producentowi i właściwemu organowi krajowemu.

Sposób użycia

Przygotowanie

1



Za pomocą małych, zakrzywionych nożyczek i miarki na przylepcu, wytnij otwór w przylepcu, który będzie dokładnie dopasowany do wielkości i kształtu stomii.
Aby zmierzyć wielkość i kształt stomii, użyj dołączonej miarki stomijnej.
Stomia może zmieniać kształt, dlatego jej pomiar należy wykonać wtedy, gdy jest największa. Bardzo często ma to miejsce w pozycji siedzącej.

Dokładne dopasowanie otworu do stomii jest niezmiernie ważne, gdyż zmniejsza ryzyko podciekania i problemów ze skórą.

2

Dokładnie umyj stomię i skórę wokół niej. Przed nałożeniem przylepca skóra musi być całkowicie sucha.

Stosowanie

3

Odegnij wszystkie 5 płatków/ramion, aby przygotować przylepiec do założenia.

4

Zdejmij folię ochronną z przylepca.

5

Chwyć przylepiec z płatkami/ramionami odgiętymi do tyłu.
Przyłóż środkową część przylepca wokół stomii.
Delikatnie dociśnij środkową część do skóry.
Następnie dociśnij płatki/ramiona wokół obszaru wypukłego.

6

Mocno dociśnij przylepiec do skóry od środka na zewnątrz.

7

Palcem wskazującym odszukaj miękki pierścień stabilizujący otaczający stomię. Delikatnie dociśnij przylepiec między pierścieniem a stomią (lub bezpośrednio pierścień stabilizujący), aby się upewnić, że środkowa część przylepca szczelnie przylega do skóry.

8

Dociśnij przylepiec od środka na zewnątrz w kilku kierunkach, aby go dobrze przymocować do skóry wokół stomii.

Naklejka filtra

Aby tymczasowo zapobiec wydostawaniu się gazu z worka, należy umieścić jedną z naklejek na filtrze w celu jego zamknięcia. Zamknięcie filtra na długi czas spowoduje rozdęcie worka, dlatego filtr należy zamykać na krótki czas.

Instrukcja używania dostępna jest również w postaci materiału wideo

Aby obejrzeć instruktażowy materiał wideo, należy zeskanować kod QR lub odwiedzić stronę internetową

https://www.coloplast.pl/concave1zamk

Cechy produktu



Zdejmowanie

Delikatnie zdejmij worek, pociągając za umieszczone na przylepcu uszko do usuwania, w kierunku od brzucha i powoli zwijając przylepiec w dół.

Delikatnie przytrzymaj skórę wolną dłonią, aby ułatwić zdejmowanie.

Utylizacja

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku i należy go utylizować zgodnie z lokalnymi wytycznymi, np. razem z typowymi odpadami komunalnymi.

Nie należy wyrzucać go do toalety.

Postępowanie w przypadku nawracających problemów

Przylepiec nie przylega odpowiednio do skóry

Postępuj zgodnie z instrukcją zakładania opisaną w niniejszej ulotce i przed założeniem upewnij się, że skóra jest całkowicie czysta i sucha. Bardzo ważne jest, aby przylepiec w pełni przylegał do wszystkich nierówności na skórze. Dociśnij przylepiec podczas jego zakładania, aby go dobrze przymocować.

Skóra pod przylepcem jest zaczerwieniona i/lub podrażniona

Podrażnienie skóry może mieć różne przyczyny. Może być spowodowane podciekaniem związanym z użyciem nieodpowiedniego sprzętu stomijnego lub nieodpowiednim rozmiarem docięcia. Może być także spowodowane nieodpowiednim czyszczeniem lub nagłym usunięciem przylepca, mogącym doprowadzić do podrażnienia skóry. Jeśli skóra jest zaczerwieniona, wówczas może być pomocne użycie środka do usuwania przylepca. Omów ten problem z pielęgniarką stomijną najszybciej, jak to możliwe.

Podciekanie pod przylepiec

Podciekanie może mieć różne przyczyny. Może być spowodowane zmianą kształtu ciała lub wysokości stomiii, a także nieprawidłowym założeniem przylepca. Zalecamy skorzystanie z narzędzia on-line BodyCheck do oceny profilu ciała, dostępnego na stronie internetowej www.coloplast.pl, aby sprawdzić, czy profil ciała się nie zmienił. Jeśli się zmienił, wówczas może być konieczne użycie innego sprzętu stomijnego lub produktu dodatkowego. Bardzo ważne jest, aby omówić ten problem z pielęgniarką stomijną najszybciej, jak to możliwe.

Objaśnienie symboli

- MD — Urządzenie medyczne
- CE — Oznaczenie wskazujące, że produkt jest zgodny z przepisami europejskimi dotyczącymi wyrobów medycznych.
- REF — Numer katalogowy
- Termin ważności (RRRR-MM-DD)
- LOT — Numer serii
- Data produkcji (RRRR-MM-DD)
- Producent
- Przeczytaj instrukcję użycia
- Do jednorazowego użytku
- UDI — Wskazuje, że kod kreskowy zawiera niepowtarzalny numer identyfikacyjny urządzenia
- GTIN — (Global Trade Item Number) Globalny numer handlowy artykułu
- Przechowywać z dala od światła słonecznego
- Tą stroną do góry
- Opakowanie nadające się do recyklingu
- MR — Produkt może przebywać w pobliżu rezonansu magnetycznego

CE Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Instrukcja użycia
23325245 Version 1

Logo Coloplast jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Coloplast A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2021-02-09

Coloplast

SenSura® Mio Concave

SenSura Mio Concave

Worek stomijny Concave
1-częściowy zamknięty

Instrukcja użycia